



Informacja Nr 10
dla Wykonawców

Dotyczy: Zakup i dostawa 30 sztuk pulsoksymetrów dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość”

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z zakresem pomiaru SpO2 35-100% i dokładnością $\pm 3\%$ w zakresie 70-100% oraz zakresem pomiaru pulsu 30-240BPM z dokładnością ± 2 bpm lub $\pm 2\%$

spełniającego pozostałe wymagania SIWZ,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert każdego Wykonawcy, który spełnia wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym a produkt wskazany przez Wykonawcę spełnia kryterium w punkcie dotyczącym opisu produktu. Z uwagi na fakt, że produkt wskazany przez Państwa nie spełnia kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym prosimy o dostosowanie oferty do wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Maksymilian Stepień